

Sonde Potassium

Référence CI-6733



A utiliser avec la référence PS-2147



Introduction

IMPORTANT : TOUJOURS UTILISER DES GANTS ET DES LUNETTES DE PROTECTION POUR MANIPULER DES PRODUITS CHIMIQUES.

Cette sonde est conçue pour mesurer la concentration de potassium dans une solution aqueuse.

Théorie

L'électrode sélective d'ion potassium se compose d'un corps d'électrode contenant une solution liquide en contact avec une membrane organophilique gélifiée contenant un échangeur d'ions chlorure. Quand la membrane est en contact avec une solution de potassium, une tension se développe à travers la membrane. Cette tension de l'électrode est mesurée par rapport à un potentiel constant de référence.

Le niveau des ions de potassium, correspondant au potentiel mesuré, est décrit par l'équation de Nernst :

$$T = E_0 - S \log[X]$$

Où

T = tension mesurée (potentiel électrique) en mV

E_0 = potentiel de référence (une constante)

S = pente (généralement $\approx 56 \text{ mV/décade}$)

[X] = concentration en ion potassium

L'activité, X, représente la concentration efficace des ions en solution. Toute la concentration en ion potassium C_t , est la somme des ions libre de potassium C_f , et des ions complexés, C_b . L'électrode peut répondre seulement aux ions libres, dont la concentration est

$$C_f = C_t - C_b$$

Le potassium forme très peu de complexes stables, la concentration libre en ion potassium peut être considérée égale à toute la concentration en ion potassium.

L'activité est liée à la concentration libre en ion, C_f , par le coefficient d'activité, g :

$$X = g C_f$$

Les coefficients d'activité varient, selon la force totale d'ions, I, défini comme :

$$I = \frac{1}{2} \sum C_X Z_X^2$$

C_X = concentration de l'ion X

Z_X = la charge de l'ion X


Σ = la somme de tous les types d'ions dans la solution.

Dans le cas d'une concentration ionique élevée et relativement constante à la concentration sentie en ion, le coefficient d'activité, γ , est constant et l'activité, X , est directement proportionnelle à la concentration.

Pour ajuster la concentration ionique sur une valeur constante, un régulateur de concentration ionique (ISA) est ajouté aux échantillons. L'ISA recommandé pour le potassium est le NaCl. Des solutions autres que celle-ci peuvent être employées en tant que régulateur de force ionique tant que les ions qu'ils contiennent n'interfèrent pas avec la réponse de l'électrode aux ions calcium.

Équipement

- Électrode sélective d'ion de nitrate
- Solution d'électrolyte
- Pipette pour la solution s'électrolyte



Équipement requis :

- Capteur PS-2147
- Interface d'acquisition
- Papier Semi-logarithmique pour préparer des courbes d'étalonnage.
- Agitateur magnétique
- Enceinte d'étude.

Solutions nécessaires

- 1) Eau distillée pour la préparation des solutions ci-dessous.
- 2) Solution standard 0,1M KCl : prenez un ballon jaugé de 1000 ml avec de l'eau distillée, ajouter 7,46g de NaCl. Remuez le flacon doucement pour dissoudre le solide. Remplissez le flacon à la marque de l'eau distillée, et retournez plusieurs fois afin de mélanger le contenu. *Cette solution standard sera utilisée pour l'étalonnage.*
- 3) Solution pour ajuster la concentration ionique (ISA) 5M NaCl : prenez un ballon jaugé de 1.000 ml avec de l'eau distillée, ajouter 29,2g de NaCl.H₂O. Remuez le flacon doucement pour dissoudre le solide. Remplissez le flacon à la marque de l'eau distillée, et retournez plusieurs fois afin de mélanger le contenu. *Cette solution ajustera la force ionique dans l'échantillon. 2ml pour 100ml de solution.*

Préparation générale

Préparation de l'électrode :


1) Enlevez le chapeau en caoutchouc couvrant le bout de l'électrode. Glissez la douille en caoutchouc vers le bas laissant apparaître le trou. Remplissez de solution d'électrolyte jusqu'au-dessous du trou. Glissez la douille en caoutchouc en arrière, au-dessus du trou. Secouez doucement l'électrode pour enlever toutes bulles d'air qui peuvent être emprisonnées derrière la membrane. Avant la première utilisation, ou après entreposage à long terme, immergez la membrane dans la solution standard (solution 2 de la partie solutions nécessaires) pendant trente minutes.

L'électrode est maintenant opérationnelle.

2) Connectez l'électrode au capteur PS-2147 puis connectez le capteur à l'interface.

Préparation du logiciel DATASTUDIO :

3) Double-cliquez sur "Tension" dans la fenêtre des données en haut à gauche de l'écran et augmentez la précision à 3. Ceci pour toutes les prises de valeur en tension.



Dans un bécher en verre de 150 ml, ajoutez 100 ml d'eau distillée et 2 ml d'ISA ([solution 3](#)). Placez le bécher sur un agitateur magnétique et commencez à agiter. Lancez le logiciel DataStudio, ouvrez un affichage numérique en ajustant la précision (comme indiqué ci-dessus), et commencez les données de surveillance. Abaissez le bout de l'électrode dans la solution.

Avec une pipette, ajoutez 1 ml de solution standard 0.1 M ([solution 2](#)). Quand la lecture est stabilisée, notez la tension indiquée dans l'affichage.

Avec une pipette, ajoutez 10 ml de la même solution 0.1 M utilisée ci-dessus. Quand la lecture est stabilisée, notez la lecture de tension indiquée dans l'affichage.

Déterminez la différence entre les deux lectures. Une différence de 56 ± 2 mV indique une utilisation correcte de l'électrode dans une solution entre 20 °C et 25 °C.

Voyez les sections de dépannage si le changement potentiel n'est pas dans cette marge.

NOTE : La pente est définie comme le changement du potentiel à observer quand la concentration change d'un facteur 10.

La mesure

Conseil de mesure :

- Tous les échantillons doivent être à la même température pour une mesure précise.

- Ajoutez toujours 2ml d'ISA pour 100 ml de solution à mesurer.
- Pour une mesure précise. Les agitateurs magnétiques peuvent produire de la chaleur et changer la température de la solution. Pour contrecarrer cet effet, placez un morceau de matériel d'isolation, tel qu'une feuille de mousse de styrol, entre l'agitateur et le bécher.
- Rincez toujours l'électrode avec de l'eau distillée et séchez-la entre les mesures. Employez un tissu propre et sec pour empêcher la contamination transversale.
- Vérifiez toujours que la membrane n'ait pas de bulles d'air après immersion dans l'échantillon.
- Une électrode de réponse lente peut être provoquée par des interférences à l'électrode. Dans ce cas, imbibe l'électrode en eau distillée pendant environ 5 minutes pour nettoyer la membrane, rincez, et immergez-la dans la solution standard pendant environ 5 minutes.

Condition de l'échantillon :

- Tous les échantillons doivent être aqueux et ne pas contenir de produits organiques qui peuvent se dissoudre dans la membrane.
- La température des solutions étalons et des solutions témoins doivent être la même et en dessous de 50 °C. Environ 2% d'erreur possible pour une différence de 1°C.
- La gamme de pH pour l'électrode d'ion chlorure est de 3 à 10. Neutralisez les échantillons en dehors de cette gamme avec du NaOH ou du HCl pour les apporter dans la gamme.

La mesure du potassium


Procédure de mesures directes :

La mesure directe est une procédure simple pour mesurer un grand nombre d'échantillons. La concentration ionique des échantillons et des solutions étalon doit être ajustée avec l'ISA pour toutes les solutions. La température de la solution témoin et des solutions étalons devra être identique.

Une courbe d'étalonnage est construite sur le papier semi-logarithmique. Tracez la tension en fonction de la concentration. Dans la région linéaire de la courbe, seulement deux valeurs sont nécessaires pour déterminer une courbe d'étalonnage. Des solutions étalons près de la valeur prévue de l'« inconnue » peuvent être choisies. Dans la région non linéaire, des points additionnels doivent être mesurés.

La procédure de mesure directe est valable pour la partie linéaire de la courbe. La partie non linéaire de la courbe exige le recours à une procédure de basse concentration.

1. Par dilution, préparez trois solutions étalons à partir de la solution standard 0.1 M. Les concentrations résultantes devront être 10^{-2} , 10^{-3} , et 10^{-4} M. Ajoutez 2 ml d'ISA à chaque 100 ml de solution. Préparez les étalons avec une composition semblable aux échantillons si les échantillons ont une concentration ionique au-dessus de 0.1 M.
2. Placez la solution la plus diluée (10^{-4} M) dans un bécher de 150 ml sur l'agitateur magnétique. Abaissez le bout d'électrode dans la solution. Après que la lecture soit stabilisée, notez de tension indiquée.
3. Placez la solution mi diluée (10^{-3} M) dans un bécher de 150 ml sur l'agitateur magnétique. Après rinçage de l'électrode avec de l'eau distillée, séchez et immergez le bout de l'électrode dans la solution. Quand la lecture est stabilisée, notez la tension indiquée.
4. Placez la solution la plus concentrée (10^{-2} M) dans un bécher 150ml sur l'agitateur magnétique. Après rinçage de l'électrode à l'eau distillée, séchez, immergez le bout d'électrode dans la solution. Quand la lecture est stabilisée, notez la tension affichée.
5. Utilisez le papier graphique semi-logarithmique, tracez la tension en fonction de la concentration. Extrapolez la courbe d'étalonnage vers le bas environ à 2.0×10^{-6} M.



NOTE : Une courbe d'étalonnage est construite sur le papier semi-logarithmique. La tension mesurée en fonction de la concentration. Dans la région linéaire de la courbe, seulement trois valeurs standard sont nécessaires pour déterminer une courbe d'étalonnage. Dans la région non linéaire, des points additionnels devront être mesurés. La procédure de mesure directe est valable pour la partie linéaire de la courbe. La partie non linéaire de la courbe exige le recours à une procédure de basse concentration.

6. Séchez le bécher de 150 ml, ajoutez 100 ml de l'échantillon et 2 ml d'ISA (solution 3). Placez le bécher sur l'agitateur magnétique. Rincez d'électrode avec de l'eau distillée, séchez, et abaissez le bout d'électrode dans la solution. Quand la lecture est stabilisée, enregistrez la lecture de tension dans l'affichage de chiffres. Utilisant la courbe d'étalonnage, déterminez la concentration d'échantillon.
7. Le calibrage doit être vérifié toutes les deux heures. En vérifiant qu'il n'y ait pas eu de changement de la température ambiante, placez le bout de l'électrode dans la solution

mi diluée (10^{-3} M). Après que la valeur soit stabilisée, comparez-la à la lecture originale enregistrée dans l'étape 3 ci-dessus. Une lecture différente de plus de 0.5mV ou un changement de la température ambiante rendra nécessaire la répétition des étapes 2 à 5 ci-dessus.

8. Une nouvelle courbe d'étalonnage devra être préparée quotidiennement.

Procédure de mesures de faible concentration de nitrate :

Ce procédé est recommandé pour des solutions avec des concentrations ioniques inférieures à 1.0×10^{-2} M

1. Prenez 20 ml d'ISA diluez à 100 ml avec de l'eau distillée..
2. Diluez 1 ml de solution standard de 0.1 M avec 100 ml d'eau distillé pour préparer une solution de 1.0×10^{-3} M.
3. Ajoutez 1 ml de l'ISA de bas niveau (préparée ci-dessus) dans un ballon jaugé de 100 ml et remplissez à la marque d'eau distillée. Versez cette solution dans un bécher de 150 ml et placez le bécher sur l'agitateur magnétique.
4. Placez le bout d'électrode dans la solution. Ouvrir DataStudio.
5. Ajoutez les incréments du 1.0×10^{-3} M comme donné dans le tableau ci-dessous.
6. Après que la lecture soit stabilisée, notez la lecture de tension après chaque addition.

Calibrage par étapes pour des mesures de bas niveau de nitrate


Volume à ajouter au bécher (ml)	Concentrations
0.1 ml	1.0×10^{-6}
0.1 ml	2.0×10^{-6}
0.2 ml	4.0×10^{-6}
0.2 ml	6.0×10^{-6}
0.4 ml	9.9×10^{-6}
2 ml	2.9×10^{-5}
2 ml	4.8×10^{-5}

7. Sur le papier graphique semi-logarithmique, tracez la tension en fonction de la concentration.
 8. Rincez l'électrode et séchez-la.
 9. Mesurez 100 ml de l'échantillon dans un bécher de 150 ml et placez le bécher sur l'agitateur magnétique et commencez à remuer. Abaissez les bouts d'électrode dans la solution. Après que la lecture soit stabilisée, enregistrez la lecture de système mV et déterminez la concentration à partir de la courbe étalon de bas niveau.
 10. Vérifiez la courbe d'étalonnage toutes les 1-2 heures en répétant les étapes 2-7 ci-dessus.
9. Une nouvelle courbe d'étalonnage devra être préparée quotidiennement.

Procédure de mesures directes avec le cahier d'expérience Sordalab:

Cette procédure n'est valable qu'après avoir fait le contrôle de pente et pour la partie linéaire de la courbe étalon soit des concentrations supérieures à 10^{-4} M.

1. Vérifier le contrôle de la pente de la même manière que dans la partie ci-dessus « contrôle de pente ».
2. Ouvrir le cahier d'expérience pré-configuré fournie avec la sonde « CI-6733 Potassium.ds » [CD EXAO/cahier d'expérience/SVT/interface glx/ utilisation capteurs ions spécifiques]
3. Dans ce fichier, nous avons directement intégré la formule permettant d'obtenir la concentration en nitrate à partir de la tension. Pour visualiser cette formule double-cliquez sur « concentration en nitrate » dans les données en haut à gauche.



4. Pour déterminer E_0 , il suffit de mesurer la tension de la solution standard 0.1M de calcium et de renseigner cette valeur.
5. S est déterminé par le contrôle de pente.
6. Cliquez sur accepter.
7. Choisissez votre affichage.
8. Prenez vos mesures. Pour cela mesurez 100 ml de l'échantillon dans un bécher de 150 ml, ajoutez 2 ml d'ISA. Placez le bécher sur l'agitateur magnétique. Abaissez le bout d'électrode dans la solution. Après stabilisation, notez la concentration.

Caractéristiques de l'électrode

Interférence :

Le tableau 3 énumère quelques cations communs qui, s'ils sont trop présents dans la solution, causeront des interférences d'électrode et des erreurs de mesure.

Si l'électrode s'est trouvé en présence des ces interférents, la réponse risque d'être plus longue. Pour évitez cela, immergez les électrodes dans de l'eau distillée pendant une heure, puis pendant deux heures dans la solution étalon de potassium pour reconstituer la réponse.

Interferences (moles/liter)	10⁻²M K⁺¹	10⁻³M K⁺¹	10⁻⁴M K⁺¹
Cs ⁺¹	3.0X10 ⁻³	3.0X10 ⁻⁴	3.0X10 ⁻⁵
NH ₄ ⁺¹	6.0X10 ⁻²	6.0X10 ⁻³	6.0X10 ⁻⁴
Tl ⁺¹	6.0X10 ⁻²	6.0X10 ⁻³	6.0X10 ⁻⁴
H ⁺¹	1.0X10 ⁻¹	1.0X10 ⁻²	1.0X10 ⁻³
Ag ⁺¹	1.0X10 ¹	1.0	1.0X10 ⁻¹
+Tris ⁺¹	1.0X10 ¹	1.0	1.0X10 ⁻¹
Li ⁺¹	2.0X10 ¹	2.0	2.0X10 ⁻¹
Na ⁺¹	2.0X10 ¹	2.0	2.0X10 ⁻¹

Ce rapport est exprimé comme un rapport de la concentration d'ion interférants par rapport à la concentration de chlorure. Les lectures seront fausses si ce rapport est dépassé. Ni l'exactitude de la mesure ni la surface de la membrane de l'électrode ne seront affectées si le rapport est inférieur aux valeurs dans la table.

Température :

Les échantillons et les standards doivent être de ±1°C l'un l'autre, puisque les tensions de l'électrode sont influencées par des changements de température. En raison des équilibres de solubilité desquels l'électrode dépend, le potentiel absolu de l'électrode de référence change lentement avec la température. La pente de l'électrode, comme indiquée par le facteur « S » dans l'équation de Nernst, varie également avec la température.


Le tableau ci-dessous donne des valeurs pour le facteur de « S » dans l'équation de Nernst pour l'ion de chlorure. Une différence de 1°C de la température a comme conséquence une erreur de 4% au niveau de 1.0 x de 10⁻³ M

<i>Temp (°C)</i>	<i>S (slope)</i>
0	54.20
10	56.18
20	58.16
25	59.16
30	60.15
40	62.13
50	64.11

La température ambiante pour l'utilisation de l'électrode d'ion de chlorure est de 0°C à 40°C, à condition que l'équilibre de la température se soit produit.

Réponse de l'électrode :

Sur la partie linéaire de la courbe étalon, le temps nécessaire pour atteindre 99% de la lecture stable de tension de l'électrode, varie d'une minute ou de moins dans les solutions fortement concentrées.



Caractéristiques

Concentration : 1M à 10⁻⁶ M

pH : 2 à 12

T° : 0 à 40°C

Reproductibilité : +/- 2 %

Dimensions : L110mm, Ø 12mm

Câble : 1mm

Conservation (stockage) : Pour un stockage entre 2 manipulations (entre 1 et 15 jours), immerger le bout de la sonde dans une solution 10⁻² M de potassium.

Pour de plus longues périodes, sortir le corps interne de la sonde (**voir annexe**) rincer à l'eau distillée, sécher et réassembler la sonde sans solution de remplissage.

Préparation

Préparation de la sonde et remplacement de l'électrolyte

La sonde est envoyée sèche. Avant la première utilisation, dévisser la partie (A) (**voir annexe**), enlever le corps interne de la sonde (G) du carter (H), remplir d'électrolyte. Replacer le corps interne de la sonde dans son carter (le liquide doit déborder assurant ainsi l'absence d'air dans le carter). Revisser la partie (A).

Vérification de la membrane

Il est important pour une bonne mesure que la membrane soit en bon état.

Remplacement de la membrane

Dévisser le petit carter en bout de sonde (F). Remplacer ce carter par un neuf (fourni avec la sonde). Remplir à nouveau l'électrode de solution de remplissage comme décrit ci-dessus

Précautions avant et pendant les mesures

Toujours rincer la sonde avec de l'eau distillée et sécher entre 2 mesures.

Il convient d'utiliser une agitation constante et moyenne lors des mesures (agitateur magnétique + barreau magnétique)

Vérifier qu'il n'y a pas de bulle d'air sous la membrane après l'introduction de la sonde dans le réacteur.

Stockage de la sonde

Pour un stockage entre 2 manipulations (entre 1 et 15 jours), immerger le bout de la sonde dans une solution 10^{-2} M de potassium.

Pour de plus longues périodes, sortir le corps interne de la sonde rincer à l'eau distillée, sécher et réassembler la sonde sans solution de remplissage.

Dysfonctionnements éventuels

En cas de dysfonctionnement, il est fortement conseillé de :

- Changer la solution électrolyte
- Bien remplir le corps interne de la sonde (cause de mesures en dents de scie)
- Vérifier la membrane
- Laisser s'équilibrer la sonde avant de commencer les mesures.
- Vérifier l'absence de bulle d'air dans la sonde et sous la sonde
- Vérifier l'étanchéité de la sonde

- Travailler dans une enceinte hermétique
- L'agitation est impérative
- Eviter les écarts de température

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service technique :

SORDALAB

Tél : 01.69.92.26.72 Fax : 01.69.92.26.74
Web : www.sordalab.com Mail : sordalab@wanadoo.fr